

**基準装置（薄型）
DV-1SA
仕様書**

株式会社東横エルメス
東亞エルメス株式会社

2010.01.19

1. 概要

本装置は、変状計測で用いられる連通管式沈下計の基準水面(基準レベル)を一定に保つ装置です。四角堰、循環ポンプ、基準水槽、回収槽から構成されています。標準品よりさらにコンパクトです。

2. 特長

四角堰、循環ポンプ、基準水槽、回収槽を本体内に内蔵した、堅牢かつコンパクトな形状で取り付け場所を選ばない構造です。奥行きは17.5cmで、標準品(DV-1SL)より10cm短く、立て坑や地下鉄等、取り付け場所に制約がある場合に使用します。

3. 仕様

型 式	DV-1SA
タンク容量	約4.5ℓ(清水をご使用ください)
吐出量	0~1.9ℓ/min
寸 法	W400×H310×D150mm
電 源	AC100V±10V
消費電力	約10 VA
重 量	約10kg

* 循環ポンプは消耗品のため定期交換(1年程度)を推奨します。

4. 外観図

